MedTec Medicina Técnica Ltda.	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	REG - 050
	SITE RITE 8	

Individualización del Producto	
Descripción	Sistema ecográfico portátil que permite realizar ecografías en 2D en tiempo real, con sistema integrado de posicionamiento y confirmación de la punta Sherlock 3CG (TCS), indicado como guía de colocación de catéteres centrales de inserción periférica (PICC), integrando completamente el seguimiento magnético y la tecnología de confirmación de punta de un PICC, basado en el rastreo pasivo y la actividad eléctrica cardiaca (ECG) del paciente (Onda P), permitiendo entregar información en tiempo real sobre la ubicación de la punta del PICC de punta electrocardiográfico (Sherlock 3CG).
Aplicaciones	Cuenta con aplicaciones personalizadas para acceso vascular, documentación sobre procedimientos, herramientas de medida de vasos y conectividad electrónica. Presenta aplicaciones clínicas concretas como: • Pediátricas. • Vasos periféricos. • Órganos pequeños (Mama, tiroides, glándula paratiroides, testículos). • Músculoesquelético (Convencional y superficial). • Cardiaca (Pediátrica y adultos).
Código	9770553
Marca	BD-BARD
Procedencia	E.E.U.U

Descripción del Producto	
Especificaciones Técnicas	• Dimensiones: 30 cm x 22 cm x 5cm. • Peso: 2.3 KG. • 3 puertos USB. • 1 puerto HDMI. • Fuente de alimentación: Adaptador de CA, batería interna. • Consumo de alimentación: 60 vatios. • Monitor: 10.4”. Diagonal LCD con pantalla táctil. • Modo de imagen: 2D.

	• Batería: Aproximadamente 3 horas. • Tiempo de carga completa: 8 horas. • Frecuencia de sonda lineal de 32 mm: 7.5-10 MHz • Profundidad máxima de exploración: 6 cm (1.5 cm, 3 cm, 4.5 cm y 6 cm). La profundidad de la imagen del sistema ecográfico SITE RITE puede cambiar a distintas profundidades, ajustando el enfoque para ubicar la estructura de interés en el centro de la imagen ecográfica. • Ancho de exploración de sonda lineal: 32 mm. • Uso requiere del Kit Site.
Certificaciones	• ISO 13485: 2016. • FDA.
Servicio Técnico y reparaciones	El sistema ecográfico SITE RITE no requiere mantenimiento programado, comprobaciones del sistema, ni calibración.
Limpieza y desinfección del equipo	1. Apagar el sistema. 2. Humedecer un paño no abrasivo en agua tibia o con alcohol isopropílico. 3. Pasar con cuidado el paño humedecido por las superficies externas que haya que limpiar o desinfectar.