MedTec Medicina Técnica Ltda.	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	REG- 050
	TUBO DE ALIMENTACIÓN PUERTO GÁSTRICO G-JET ENFIT	

Individualización del Producto	
Descripción	Tubo de alimentación está destinado a la alimentación gastroyeyunal a través del puerto gástrico del botón gastroyeyunal G-JET
Código	6-1221 ISOSAF
Marca	AMT
Procedencia	E.E.U.U



Descripción del Producto	
Caractéristicas	• Tubo de alimentación Gástrico G-JET en ángulo recto, para bolo, con puerto distal EnFit. • Tubos de alimentación de 100% de silicona con conector universal para botón gastroyeyunal G-JET. • Los conjuntos de alimentación / extensión G-JET ® AMT se bloquean en su posición con un simple giro de no más de ¾ de vuelta en sentido de las agujas del reloj. • Disponibles con sistemas de conexión a botón (Conector) recto. • Altamente transparente. • Longitudes de 30 cm.
Biocompatibilidad	Todos los componentes del sistema de botones AMT son biocompatibles y libre de látex, DEHP y ftalatos.
Certificaciones	• ISO 13485:2016. • FDA . • EC
Almacenamiento	El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.
Empaque	El producto viene embalado en caja de cartón con 10 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración y número de lote.

El Dante 4159. Las Condes. Santiago - Chile

Fono: 22286925 – 22283171

www.medtec.cl