MedTec Medicina Técnica Ltda.	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	REG- 050
	PROPORT 5.8 FR LOW PROFILE CON INTRODUCTOR	

Individualización del Producto	
Descripción	Los sistemas implantados de acceso venoso PROPORT están diseñados para permitir el acceso repetido al sistema venoso para la administración parenteral de medicamentos, fluidos y soluciones nutritivas, y para la toma de muestra de sangre venosa.
Código	21-4183-24
Marca	SMITHS MEDICAL
Procedencia	E.E.U.U

Descripción del Producto	

Características	• Catéter de poliuretano (PolyFlow) radiopaco resistente a enroscaduras, con punta redondeada y marcas de referencia durante la colocación del catéter.
	• Portal de polisulfona con membrana de silicona autosellante SECUR SITE
	• Presenta forma contorneada, con orificios para la sutura.
	• Membrana SECUR SITE de alta compresión diseñada para estabilidad de la aguja.
	• Tamaño del Introductor: 6 French.
	• Altura del portal (mm): 10 mm.
	• Base del portal (mm): 25 mm (Diámetro).
	• Diámetro del septum (mm): 10.5 mm (Silicona).
	• Dimensiones del catéter:
	  ○ 1,9 mm diámetro externo (5,8 Fr.).
	  ○ 1,0 mm diámetro interno.
	  ○ 76 cm longitud.
	• Conector del catéter-portal: Slidelock
	• Volumen de Cebado (ml):
	  ○ Portal: 0.45 ml
	  ○ Catéter: 0.7 ml.

	• Biocompatibilidad: Todos los componentes del sistema PROPORT son biocompatibles y libre de látex.
Componentes	○ Portal (Homopolímero de acetal y silicona) ○ Cateter de poliuretano poly flow radiopaco de 5.8 Fr. ○ 2 conectores Slidelock ○ Aguja Port-a-Cath de 0.9 mm. ○ Aguja despuntada de 1.3 mm ○ Vein pick (Selector de vena) ○ Gripper Plus non coring 20 G (0.9 mm) ○ Aguja Port-a-cath de 90º (0.9 mm). ○ Aguja introductora de pared extrafina de 1.3 mm. ○ Introductor (Dilatador de la vaina) 1.9 mm. ○ 2 Alambre guía en J (0.89 mm). ○ 2 jeringas (12 cc). ○ Instrumento de tunelización. ○ 3 point lok: Dispositivo de seguridad para agujas.
Certificaciones	• ISO 9001:2018 • ISO 13485: 2003 • ISO 13485: 2012 • FDA.
Esterilización	Producto estéril en óxido de etileno, no reutilizable, apirógeno. Libre de Látex
Empaque	El producto viene embalado en caja de cartón, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización, número de lote y adhesivos ficha paciente.
Almacenamiento	El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.