MedTec Medicina Técnica Ltda.	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	REG- 050
	PISTOLA DE BIOPSIA – AGUJA MAGNUM	

Individualización del Producto	
Descripción	Dispositivo mecánico automático reutilizable de acción rápida para la de toma de muestras de biopsia, compatible solo con agujas MAGNUM. Presenta precisión permite y una mínima distorsión del patrón celular, obteniendo muestras consistentes, además de contar con firmeza que permite certeza de corte en el disparo.
Código	

MN1210	AGUJA BIOPSIA MAGNUM 12G x 10cm
MN1213	AGUJA BIOPSIA MAGNUM 12G x 13cm
MN1410	AGUJA BIOPSIA MAGNUM 14G x 10cm
MN1413	AGUJA BIOPSIA MAGNUM 14G x 13cm
MN1416	AGUJA BIOPSIA MAGNUM 14G x 16cm
MN1610	AGUJA BIOPSIA MAGNUM 16G x 10cm
MN1613	AGUJA BIOPSIA MAGNUM 16G x 13cm
MN1616	AGUJA BIOPSIA MAGNUM 16G x 16cm
MN1620	AGUJA BIOPSIA MAGNUM 16G x 20cm
MN1810	AGUJA BIOPSIA MAGNUM 18G x 10cm
MN1813	AGUJA BIOPSIA MAGNUM 18G x 13cm
MN1816	AGUJA BIOPSIA MAGNUM 18G x 16cm
MN1820	AGUJA BIOPSIA MAGNUM 18G x 20cm
MN1825	AGUJA BIOPSIA MAGNUM 18G x 25cm
MN1830	AGUJA BIOPSIA MAGNUM 18G x 30cm
MN2010	AGUJA BIOPSIA MAGNUM 20G x 10cm
MN2013	AGUJA BIOPSIA MAGNUM 20G x 13cm
MN2016	AGUJA BIOPSIA MAGNUM 20G x 16cm

Marca	BD-BARD
Procedencia	E.E.U.U

Descripción del Producto	
Indicaciones	Indicado en toma de biopsia de partes blandas como hígado, riñones, próstata, mamas, bazo, ganglios linfáticos y diversos tumores de partes blandas.
Características	• Se compone de una aguja biselada con terminado de electro-pulido que

	permite obtener muestras menos fragmentadas y más consistentes.
	• Presenta dos opciones de profundidad de penetración del disparo: 15 mm y 22 mm
	• Bloqueo de seguridad y marca de media carga y carga completa.
	• Capacidad de utilizar con una sola mano.
	• Estructura:
	  o Pistola de biopsia reutilizable.
	  o Agujas de biopsia desechable centimetradas con orificios para embonar los postes internos de la pistola magnum.
	• Aguja biselada con termino de elerctropulido que permite obtener muestras menos fragmentadas y más consistentes.
	• Color indicativo del Gauge.
	• Muestra de muestra de 19 mm.
	• Espacio muerto de 7 mm de la Punta distal al inicio de la muestra.

Certificaciones	• ISO 13485:2016. • FDA.
Esterilización	Producto estéril en óxido de etileno, sin DHEP, libre de látex, apirógeno.
Almacenamiento	El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco a temperaturas inferiores a 25 ºC.
Empaque	El producto viene embalado en caja de cartón de 10 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización y número de lote.